

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC – DME****ESBL - LOTE PESBL10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27**

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923 Halo/esperado (mm)	Escherichia coli ATCC 25922 (1) Halo/esperado (mm)	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Halo/esperado (mm)	Escherichia coli ATCC 35218 (2) Halo/esperado (mm)	Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 Halo/esperado (mm)
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3596AMC	AMC 30 (20/10)	36,0 28-36	24,0 18-24	- -	20,0 17-22	- -
Aztreonam	3561ATM	ATM 30	- -	35,0 28-36	27,0 23-29	35,0 31-38	13,5 10-16
Cefotaxima	3602CTX	CTX 30	29,5 25-31	35,0 29-35	20,0 18-22	- -	23,0 15-25
Ceftazidima	3535CAZ	CAZ 30	19,0 16-20	32,0 25-32	29,0 22-29	- -	14,0 10-18
Ceftriaxona	3513CRO	CRO 30	25,0 22-28	34,0 29-35	21,0 17-23	- -	20,5 16-24

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 19 de agosto de 2026.

Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444