CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC – DME

ESBL - LOTE PESBL10926 FAB. 09/26 VAL. 09/27

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923 Halo/esperado (mm)		Escherichia coli ATCC 25922 (1) Halo/esperado (mm)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Halo/esperado (mm)		Escherichia coli ATCC 35218 (2) Halo/esperado (mm)		Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3596AMC	AMC 30 (20/10)	**35,5**	28-36	**24,0**	18-24	**-**	-	**19,5**	17-22	**-**	-
Aztreonam	3561ATM	ATM 30	**-**	-	**35,0**	28-36	**26,5**	23-29	**34,5**	31-38	**14,5**	10-16
Cefotaxima	3602CTX	CTX 30	**30,0**	25-31	**35,0**	29-35	**20,5**	18-22	**-**	-	**23,0**	15-25
Ceftazidima	3632CAZ	CAZ 30	**20,0**	16-20	**32,0**	25-32	**28,5**	22-29	**-**	-	**16,0**	10-18
Ceftriaxona	3589CRO	CRO 30	**26,0**	22-28	**34,0**	29-35	**22,0**	17-23	**-**	-	**20,5**	16-24

Informações Adicionais:
- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 22 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444