

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10125 FAB. 01/25 VAL. 01/26**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3395AMPE	18,0	15-21	19,5	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	25,5	21-27	22,5	19-25
Estreptomicina	EST 300	3402ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3375GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3404LEV	27,0	23-29	22,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3397LNZE	25,5	21-27	23,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3403NITE	19,0	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3377NOR	23,0	17-24	18,5	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3401TEC	-	-	20,5	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3354TIG	25,0	19-25	23,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3371VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024

Araçatuba, 25 de janeiro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601