

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10220 FAB. 02/20 VAL. 02/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2768AMPE	21,0	15-21	21,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	2818CIP	27,0	21-27	23,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	2826ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	2797GENE	-	-	17,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	2820LEV	29,0	23-29	23,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	2764LNZE	27,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2840NITE	21,0	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	24,0	17-24	19,5	16-22
Teicoplanina	TEC 30	2805TEC	-	-	20,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	2814TIG	23,0	19-25	22,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	2767VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Araçatuba, 17 de fevereiro de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001