

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10320 FAB. 03/20 VAL. 03/21**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 02 | 2768AMPE | 19,5 | 15-21 | 21,0 | 15-21 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 2850CIP | 27,0 | 21-27 | 24,0 | 19-25 |
| Estreptomicina | EST 300 | 2826ESTHL | - | - | 20,0 | 14-20 |
| Gentamicina | GEN 30 | 2797GENE | - | - | 18,0 | 12-18 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 2820LEV | 29,0 | 23-29 | 23,0 | 19-25 |
| Linezolida | LNZ 10 | 2764LNZE | 27,0 | 21-27 | 24,0 | 19-25 |
| Nitrofurantoína | NIT 100 | 2840NITE | 21,0 | 17-23 | 23,0 | 18-24 |
| Norfloxacina | NOR 10 | 2825NOR | 24,0 | 17-24 | 20,0 | 16-22 |
| Teicoplanina | TEC 30 | 2805TEC | - | - | 21,0 | 15-21 |
| Tigeciclina | TIG 15 | 2814TIG | 25,0 | 19-25 | 24,0 | 20-26 |
| Vancomicina | VAN 05 | 2767VANE | - | - | 15,0 | 10-16 |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 02 de abril de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001