

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10322 FAB. 03/22 VAL. 03/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3044AMPE	19,0	15-21	20,5	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	26,0	21-27	24,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3034ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	2966GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	28,5	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3037LNZE	25,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3055NITE	20,0	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3058NOR	23,5	17-24	20,5	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3060TEC	-	-	20,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3051TIG	25,0	19-25	24,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3029VANE	-	-	15,5	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 09 de março de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001