

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10326 FAB. 03/26 VAL. 03/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	19,5	15-21	20,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	27,0	21-27	24,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3490ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3506GENE	-	-	17,5	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	21,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3531LNZE	26,0	21-27	23,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	20,0	17-23	22,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	22,5	17-24	20,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	20,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3510TIG	24,0	19-25	23,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025

Araçatuba, 05 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601