

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10424 FAB. 04/24 VAL. 04/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3256AMPE	<b>19,0</b>	15-21	<b>20,5</b>	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3293CIP	<b>27,0</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Estreptomicina	EST 300	3306ESTHL	-	-	<b>20,0</b>	14-20
Gentamicina	GEN 30	3252GENE	-	-	<b>18,0</b>	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	<b>29,0</b>	23-29	<b>24,0</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3224LNZE	<b>25,0</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3321NITE	<b>20,0</b>	17-23	<b>23,0</b>	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	<b>23,0</b>	17-24	<b>20,0</b>	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3279TEC	-	-	<b>20,0</b>	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3312TIG	<b>24,0</b>	19-25	<b>25,0</b>	20-26
Vancomicina	VAN 05	3277VANE	-	-	<b>15,5</b>	10-16

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2023

Araçatuba, 04 de abril de 2024.



Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610