

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10523 FAB. 05/23 VAL. 05/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3202AMPE	20,0	15-21	18,5	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	27,0	21-27	23,5	19-25
Estreptomicina	EST 300	3147ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3194GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	29,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3183LNZE	27,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3199NITE	21,0	17-23	24,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3195NOR	24,0	17-24	22,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3218TEC	-	-	20,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3200TIG	25,0	19-25	24,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3157VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 23 de maio de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610