

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10524 FAB. 05/24 VAL. 05/25**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 02 | 3256AMPE | 20,0 | 15-21 | 20,0 | 15-21 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3333CIP | 27,0 | 21-27 | 24,0 | 19-25 |
| Estreptomicina | EST 300 | 3306ESTHL | - | - | 20,0 | 14-20 |
| Gentamicina | GEN 30 | 3252GENE | - | - | 18,0 | 12-18 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 3282LEV | 29,0 | 23-29 | 23,5 | 19-25 |
| Linezolida | LNZ 10 | 3224LNZE | 25,0 | 21-27 | 24,0 | 19-25 |
| Nitrofurantoína | NIT 100 | 3321NITE | 20,0 | 17-23 | 24,0 | 18-24 |
| Norfloxacina | NOR 10 | 3308NOR | 24,0 | 17-24 | 20,0 | 16-22 |
| Teicoplanina | TEC 30 | 3279TEC | - | - | 20,0 | 15-21 |
| Tigeciclina | TIG 15 | 3312TIG | 24,0 | 19-25 | 25,0 | 20-26 |
| Vancomicina | VAN 05 | 3323VANE | - | - | 15,5 | 10-16 |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2023

Araçatuba, 04 de maio de 2024.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610