

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10620 FAB. 06/20 VAL. 06/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2876AMPE	<b>20,0</b>	15-21	<b>20,5</b>	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	<b>26,0</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Estreptomicina	EST 300	2826ESTHL	-	-	<b>20,0</b>	14-20
Gentamicina	GEN 30	2846GENE	-	-	<b>18,0</b>	12-18
Levofloxacina	LEV 05	2820LEV	<b>28,0</b>	23-29	<b>23,0</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	2764LNZE	<b>26,0</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2869NITE	<b>19,5</b>	17-23	<b>22,5</b>	18-24
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	<b>23,0</b>	17-24	<b>20,0</b>	16-22
Teicoplanina	TEC 30	2805TEC	-	-	<b>21,0</b>	15-21
Tigeciclina	TIG 15	2814TIG	<b>24,5</b>	19-25	<b>24,5</b>	20-26
Vancomicina	VAN 05	2767VANE	-	-	<b>15,0</b>	10-16

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 29 de junho de 2020.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001