


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10624 FAB. 06/24 VAL. 06/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	20,0	15-21	20,5	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	26,0	21-27	24,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3233ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3252GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3337LNZE	25,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3321NITE	20,5	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	23,0	17-24	21,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3279TEC	-	-	21,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3312TIG	24,5	19-25	25,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024

Araçatuba, 06 de junho de 2024.


Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001