

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10626 FAB. 06/26 VAL. 06/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	18,5	15-21	19,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	27,0	21-27	22,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3569ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3506GENE	-	-	17,5	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	21,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	27,0	21-27	23,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	18,5	17-23	21,5	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	23,5	17-24	19,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	20,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3591TIG	25,0	19-25	24,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	-	-	14,5	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2026

Araçatuba, 10 de junho de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601