

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10721 FAB. 07/21 VAL. 07/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2918AMPE	<b>19,5</b>	15-21	<b>19,5</b>	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	<b>27,0</b>	21-27	<b>24,5</b>	19-25
Estreptomicina	EST 300	2946ESTHL	-	-	<b>20,0</b>	14-20
Gentamicina	GEN 30	2966GENE	-	-	<b>18,0</b>	12-18
Levofloxacina	LEV 05	2939LEV	<b>29,0</b>	23-29	<b>22,0</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	2947LNZE	<b>27,0</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2945NITE	<b>20,5</b>	17-23	<b>23,5</b>	18-24
Norfloxacina	NOR 10	2931NOR	<b>24,0</b>	17-24	<b>21,0</b>	16-22
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	<b>21,0</b>	15-21
Tigeciclina	TIG 15	2895TIG	<b>25,0</b>	19-25	<b>25,0</b>	20-26
Vancomicina	VAN 05	2983VANE	-	-	<b>15,5</b>	10-16

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 12 de julho de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001