

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10724 FAB. 07/24 VAL. 07/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	19,0	15-21	19,5	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	26,0	21-27	23,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3306ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3252GENE	-	-	17,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	27,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3337LNZE	25,0	21-27	23,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3358NITE	19,5	17-23	22,5	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	24,0	17-24	19,5	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3339TEC	-	-	19,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3312TIG	24,0	19-25	24,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	14,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024

Araçatuba, 24 de julho de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001