

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10820 FAB. 08/20 VAL. 08/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2876AMPE	19,0	15-21	21,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	27,0	21-27	23,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	2880ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	2846GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	2764LNZE	27,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2869NITE	21,0	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	2887NOR	23,0	17-24	21,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	2881TEC	-	-	21,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	2814TIG	24,0	19-25	23,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	2861VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2019.

Araçatuba, 15 de agosto de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001