

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10822 FAB. 08/22 VAL. 08/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3079AMPE	<b>19,0</b>	15-21	<b>19,0</b>	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	<b>26,0</b>	21-27	<b>22,0</b>	19-25
Estreptomicina	EST 300	3070ESTHL	-	-	<b>18,5</b>	14-20
Gentamicina	GEN 30	3033GENE	-	-	<b>17,5</b>	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	<b>29,0</b>	23-29	<b>23,5</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3105LNZE	<b>26,5</b>	21-27	<b>24,5</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3107NITE	<b>21,5</b>	17-23	<b>23,0</b>	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3129NOR	<b>24,0</b>	17-24	<b>19,0</b>	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3130TEC	-	-	<b>21,0</b>	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3099TIG	<b>25,0</b>	19-25	<b>24,0</b>	20-26
Vancomicina	VAN 05	3116VANE	-	-	<b>15,0</b>	10-16

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 25 de agosto de 2022.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001