

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10824 FAB. 08/24 VAL. 08/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	<b>18,0</b>	15-21	<b>19,0</b>	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	<b>24,0</b>	21-27	<b>22,0</b>	19-25
Estreptomicina	EST 300	3306ESTHL	-	-	<b>19,0</b>	14-20
Gentamicina	GEN 30	3320GENE	-	-	<b>18,0</b>	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	<b>26,0</b>	23-29	<b>23,0</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3337LNZE	<b>24,0</b>	21-27	<b>22,5</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3358NITE	<b>19,5</b>	17-23	<b>22,5</b>	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	<b>22,0</b>	17-24	<b>18,0</b>	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3339TEC	-	-	<b>20,0</b>	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3354TIG	<b>23,5</b>	19-25	<b>25,0</b>	20-26
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	<b>15,0</b>	10-16

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024

Araçatuba, 15 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001