

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	20,0	15-21	21,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	27,0	21-27	23,5	19-25
Estreptomicina	EST 300	3569ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3595GENE	-	-	17,5	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	28,5	23-29	23,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	27,0	21-27	24,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	20,0	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	24,0	17-24	20,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	-	-	20,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3591TIG	24,0	19-25	25,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	-	-	14,5	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026

Araçatuba, 07 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444