

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR10924 FAB. 09/24 VAL. 09/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	18,0	15-21	19,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	25,0	21-27	22,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3306ESTHL	-	-	19,5	14-20
Gentamicina	GEN 30	3375GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,0	23-29	23,0	19-25
Linezolid	LNZ 10	3337LNZE	24,0	21-27	23,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3358NITE	19,5	17-23	22,5	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	23,0	17-24	18,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3339TEC	-	-	20,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3354TIG	24,0	19-25	24,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024

Araçatuba, 06 de setembro de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001