

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR11021 FAB. 10/21 VAL. 10/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3030AMPE	18,5	15-21	20,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	26,0	21-27	25,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	2946ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	2966GENE	-	-	17,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	28,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3010LNZE	25,5	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3008NITE	20,5	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	2995NOR	24,0	17-24	21,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	20,5	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3002TIG	24,0	19-25	24,5	20-26
Vancomicina	VAN 05	2983VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 28 de outubro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001