

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR11024 FAB. 10/24 VAL. 10/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	<b>18,5</b>	15-21	<b>20,0</b>	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	<b>24,5</b>	21-27	<b>22,0</b>	19-25
Estreptomicina	EST 300	3306ESTHL	-	-	<b>19,5</b>	14-20
Gentamicina	GEN 30	3375GENE	-	-	<b>18,0</b>	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	<b>26,0</b>	23-29	<b>22,0</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3397LNZE	<b>25,0</b>	21-27	<b>23,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3403NITE	<b>19,5</b>	17-23	<b>23,0</b>	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3377NOR	<b>22,5</b>	17-24	<b>20,5</b>	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3401TEC	-	-	<b>20,0</b>	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3354TIG	<b>24,0</b>	19-25	<b>25,0</b>	20-26
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	<b>16,0</b>	10-16

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024

Araçatuba, 28 de outubro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601