CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3629AMPE	**20,0**	15-21	**20,0**	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3624CIP	**26,5**	21-27	**22,0**	19-25
Estreptomicina	EST 300	3569ESTHL	**-**	-	**20,0**	14-20
Gentamicina	GEN 30	3595GENE	**-**	-	**16,5**	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3612LEV	**29,0**	23-29	**24,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3614LNZE	**26,0**	21-27	**25,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	**20,5**	17-23	**24,0**	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3621NOR	**24,0**	17-24	**20,5**	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	**-**	-	**21,0**	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3591TIG	**25,0**	19-25	**26,0**	20-26
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	**-**	-	**16,0**	10-16

Informações Adicionais:
- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referências BrCAST 2026

Araçatuba, 07 de outubro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444