

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR11122 FAB. 11/22 VAL. 11/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3079AMPE	19,0	15-21	19,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	26,0	21-27	24,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3070ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3084GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3137LEV	28,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3105LNZE	25,5	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3107NITE	20,5	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3129NOR	23,0	17-24	20,5	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3130TEC	-	-	21,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3099TIG	24,0	19-25	24,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3116VANE	-	-	15,5	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 19 de novembro de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001