

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR11221 FAB. 12/21 VAL. 12/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3020AMPE	19,5	15-21	19,5	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	26,5	21-27	25,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3034ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	2966GENE	-	-	17,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	29,0	23-29	22,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3010LNZE	25,5	21-27	23,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3008NITE	21,0	17-23	23,5	18-24
Norfloxacina	NOR 10	2995NOR	24,0	17-24	21,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	21,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3002TIG	25,0	19-25	25,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3029VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 11 de dezembro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001