

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR11223 FAB. 12/23 VAL. 12/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3256AMPE	19,0	15-21	20,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3251CIP	26,0	21-27	23,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3233ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	3252GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	28,5	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3224LNZE	26,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3249NITE	20,5	17-23	24,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3259NOR	24,0	17-24	21,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3279TEC	-	-	21,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3258TIG	24,0	19-25	25,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3277VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023

Araçatuba, 05 de dezembro de 2023.

*Tainá Santos*Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610