

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR20225 FAB. 02/25 VAL. 02/26**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 02 | 3395AMPE | 18,0 | 15-21 | 19,5 | 15-21 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3431CIP | 24,5 | 21-27 | 22,5 | 19-25 |
| Estreptomicina | EST 300 | 3402ESTHL | - | - | 20,0 | 14-20 |
| Gentamicina | GEN 30 | 3375GENE | - | - | 18,0 | 12-18 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 3404LEV | 27,0 | 23-29 | 23,5 | 19-25 |
| Linezolida | LNZ 10 | 3439LNZE | 25,5 | 21-27 | 24,0 | 19-25 |
| Nitrofurantoína | NIT 100 | 3437NITE | 18,5 | 17-23 | 23,5 | 18-24 |
| Norfloxacina | NOR 10 | 3377NOR | 22,5 | 17-24 | 19,5 | 16-22 |
| Teicoplanina | TEC 30 | 3401TEC | - | - | 20,5 | 15-21 |
| Tigeciclina | TIG 15 | 3428TIG | 22,5 | 19-25 | 24,0 | 20-26 |
| Vancomicina | VAN 05 | 3371VANE | - | - | 15,5 | 10-16 |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024

Araçatuba, 26 de fevereiro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601