

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR20621 FAB. 06/21 VAL. 06/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2918AMPE	19,5	15-21	19,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	26,0	21-27	24,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	2946ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 30	2966GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	2939LEV	28,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	2947LNZE	25,5	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2945NITE	20,0	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	2931NOR	23,0	17-24	20,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	21,0	15-21
Tigeciclina	TIG 15	2895TIG	24,0	19-25	24,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	2983VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Referências BrCAST 2020.

Araçatuba, 24 de junho de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001