

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMEBR20622 FAB. 06/22 VAL. 06/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3079AMPE	19,5	15-21	20,0	15-21
Ciprofloxacina	CIP 05	3071CIP	26,5	21-27	24,0	19-25
Estreptomicina	EST 300	3034ESTHL	-	-	19,5	14-20
Gentamicina	GEN 30	3033GENE	-	-	18,0	12-18
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	28,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3037LNZE	25,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3107NITE	20,5	17-23	23,0	18-24
Norfloxacina	NOR 10	3058NOR	24,0	17-24	20,0	16-22
Teicoplanina	TEC 30	3060TEC	-	-	20,5	15-21
Tigeciclina	TIG 15	3051TIG	25,0	19-25	26,0	20-26
Vancomicina	VAN 05	3029VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 18 de junho de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001