

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI10321 FAB. 03/21 VAL. 03/22**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 10 | 2891AMP | 35,0 | 27-35 | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 2930CIP | 29,0 | 22-30 | - | - |
| Estreptomicina | EST 300 | 2880ESTHL | - | - | 20,0 | 14-20 |
| Gentamicina | GEN 120 | 2835GENHL | - | - | 22,0 | 16-23 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 2939LEV | 29,0 | 25-30 | - | - |
| Linezolida | LNZ 30 | 2853LNZ | 31,0 | 25-32 | - | - |
| Nitrofurantoina | NIT 300 | 2928NIT | 22,0 | 18-22 | - | - |
| Norfloxacina | NOR 10 | 2887NOR | 27,0 | 17-28 | - | - |
| Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹ | PEN 10 | 2866PEN | 37,0 | 26-37 | - | - |
| Teicoplanina | TEC 30 | 2881TEC | 20,0 | 15-21 | - | - |
| Tetraciclina | TET 30 | 2908TET | 29,0 | 24-30 | - | - |
| Vancomicina | VAN 30 | 2879VAN | 20,0 | 17-21 | - | - |

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Referência CLSI 2020.

Araçatuba, 05 de março de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001