

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI10322 FAB. 03/22 VAL. 03/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3040AMP	34,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	28,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	3034ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	2972GENHL	-	-	22,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	30,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	3047LNZ	31,0	25-32	-	-
Nitrofurantóina	NIT 300	2961NIT	22,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3058NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	2958PEN	35,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3060TEC	20,5	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	3015TET	29,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2986VAN	20,5	17-21	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referência CLSI 2021.

Araçatuba, 19 de março de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001