

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI10326 FAB. 03/26 VAL. 03/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	<b>34,0</b>	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	<b>29,0</b>	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	3490ESTHL	-	-	<b>20,0</b>	14-20
Gentamicina	GEN 120	3477GENHL	-	-	<b>23,0</b>	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	<b>29,0</b>	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	3549LNZ	<b>29,0</b>	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3537NIT	<b>19,5</b>	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	<b>26,0</b>	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	PEN 10	3503PEN	<b>34,0</b>	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	<b>19,0</b>	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	3540TET	<b>29,5</b>	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	3485VAN	<b>21,0</b>	17-21	-	-

<sup>1</sup> Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referência CLSI 2025.

Araçatuba, 14 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME  
Daniela de Souza Silva - CRBM 31601