

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI10423 FAB. 04/23 VAL. 04/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3149AMP	34,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3166CIP	28,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	3147ESTHL	-	-	19,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	3103GENHL	-	-	21,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3137LEV	29,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	3135LNZ	30,0	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3119NIT	20,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3195NOR	27,0	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	3087PEN	35,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3130TEC	19,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	3128TET	28,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	3113VAN	19,0	17-21	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referência CLSI 2022.

Araçatuba, 18 de abril de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001