

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI10526 FAB. 05/26 VAL. 05/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	34,5	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	29,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	3569ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	3477GENHL	-	-	23,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	30,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	3549LNZ	30,0	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3537NIT	20,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	26,5	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	3503PEN	35,5	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	20,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	3540TET	30,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	3485VAN	20,5	17-21	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referência CLSI 2025.

Araçatuba, 16 de maio de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva - CRBM 31601