

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI10822 FAB. 08/22 VAL. 08/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3075AMP	34,5	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	28,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	3070ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	3103GENHL	-	-	23,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	29,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	3047LNZ	30,5	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3036NIT	21,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3058NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	3087PEN	35,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3060TEC	19,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	3015TET	30,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	3113VAN	20,0	17-21	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referência CLSI 2022.

Araçatuba, 06 de agosto de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001