

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI10924 FAB. 09/24 VAL. 09/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3336AMP	34,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	27,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	3306ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	3353GENHL	-	-	23,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	3295LNZ	28,0	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3290NIT	20,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3377NOR	25,0	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	3288PEN	34,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3339TEC	19,5	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	3271TET	28,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	3388VAN	20,5	17-21	-	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referência CLSI 2024.

Araçatuba, 12 de setembro de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001