

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI11020 FAB. 10/20 VAL. 10/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2891AMP	35,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	27,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2880ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	2835GENHL	-	-	22,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	29,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	2853LNZ	32,0	25-32	-	-
Nitrofurantoina	NIT 300	2841NIT	21,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2887NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	2866PEN	37,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2881TEC	20,5	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2832TET	30,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2786VAN	20,0	17-21	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 05 de outubro de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001