CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	**34,0**	27-35	**-**	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	**28,0**	22-30	**-**	-
Estreptomicina	EST 300	3569ESTHL	**-**	-	**20,0**	14-20
Gentamicina	GEN 120	3477GENHL	**-**	-	**23,0**	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3612LEV	**29,5**	25-30	**-**	-
Linezolida	LNZ 30	3549LNZ	**30,0**	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3577NIT	**20,0**	18-22	**-**	-
Norfloxacina	NOR 10	3621NOR	**26,0**	17-28	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 10	3583PEN	**36,0**	26-37	**-**	-
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	**20,0**	15-21	**-**	-
Tetraciclina	TET 30	3540TET	**29,0**	24-30	**-**	-
Vancomicina	VAN 30	3580VAN	**20,0**	17-21	**-**	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 09 de outubro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos - CRBM 58444