

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDMECLSI11123 FAB. 11/23 VAL. 11/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	34,5	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3251CIP	28,5	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	3233ESTHL	-	-	18,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	3229GENHL	-	-	21,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	30,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	3262LNZ	28,0	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3219NIT	21,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3259NOR	27,0	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	3180PEN	35,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3279TEC	19,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	3187TET	29,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	3168VAN	20,0	17-21	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referência CLSI 2023.

Araçatuba, 07 de novembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610