

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDME10420 FAB. 04/20 VAL. 04/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	2838NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	2834AMI	26,0	20-26	25,5	19-26	26,0	18-26	-	-
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2817AMC	36,0	28-36	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	35,0	27-35	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ30	2813CFZ	34,0	29-35	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2830CPM	29,0	23-29	37,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2811CRO	26,5	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	28,0	22-30	37,0	29-37	33,0	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	27,0	19-27	24,5	19-26	22,0	17-23	-	-
Nitrofurantoina	NIT 300	2841NIT	22,0	18-22	25,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	26,5	17-28	34,0	28-35	29,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2859SUT	32,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 13 de abril de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001