CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10326 FAB. 03/26 VAL. 03/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3552AMC	**-**	-	**24,0**	18-24	**-**	-	**19,5**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	**-**	-	**20,0**	15-22	**-**	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3524CFE	**-**	-	**19,0**	15-21	**-**	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3536CPM	**-**	-	**35,5**	31-37	**31,0**	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3517CAZE	**-**	-	**29,0**	23-29	**25,0**	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3546CRX	**-**	-	**25,0**	20-26	**-**	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	**27,0**	21-27	**37,0**	29-37	**31,0**	25-33	-	-
Fosfomicina [1]	FOS 200	3539FOS	**-**	-	**31,0**	26-34	**-**	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	**24,0**	19-25	**24,5**	19-26	**22,0**	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	**19,0**	17-23	**22,0**	17-23	**-**	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	**23,0**	18-24	**34,5**	28-35	**-**	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	**31,5**	26-32	**29,0**	23-29	**-**	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 13 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601