# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## POLISENSIDISC 12 - DME

## ENTEROBACTERALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10522 FAB. 05/22 VAL. 05/23

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Escherichia coli ATCC 25922 (1) | | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | Escherichia coli ATCC 35218 (2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) |
| Amoxicilina/Ac. Clavulânico | AMC 30 (20/10) | 3042AMC | **-** | - | **23,5** | 18-24 | **-** | - | **21,0** | 17-22 |
| Ampicilina | AMP 10 | 3040AMP | **-** | - | **21,0** | 15-22 | **-** | - | - | - |
| Cefalexina | CFE 30 | 3049CFE | **-** | - | **19,0** | 15-21 | **-** | - | - | - |
| Cefepime | CPM 30 | 3052CPM | **-** | - | **36,0** | 31-37 | **30,0** | 25-31 | - | - |
| Ceftazidima | CAZ 10 | 3057CAZE | **-** | - | **28,0** | 23-29 | **26,0** | 21-27 | - | - |
| Cefuroxima | CRX 30 | 3048CRX | **-** | - | **25,5** | 20-26 | **-** | - | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3071CIP | **26,0** | 21-27 | **37,0** | 29-37 | **32,5** | 25-33 | - | - |
| Fosfomicina [1] | FOS 200 | 3073FOS | - | - | **29,0** | 26-34 | **-** | - | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 3072GEN | **24,5** | 19-25 | **24,0** | 19-26 | **23,0** | 17-23 | - | - |
| Nitrofurantoína | NIT 100 | 3055NITE | **20,5** | 17-23 | **23,0** | 17-23 | **-** | - | - | - |
| Norfloxacina | NOR 10 | 3058NOR | **24,0** | 18-24 | **34,0** | 28-35 | **-** | - | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3066SUT | **31,0** | 26-32 | **28,0** | 23-29 | **-** | - | - | - |

**1** Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 27 de maio de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001