

CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10623 FAB. 06/23 VAL. 06/24

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3211AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	-	-	20,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3182CFE	-	-	20,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3173CPM	-	-	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3208CAZE	-	-	29,0	23-29	25,0	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3197CRX	-	-	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	26,5	21-27	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3215FOS	-	-	30,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3191GEN	25,0	19-25	24,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Nitrofurantóina	NIT 100	3199NITE	20,5	17-23	22,5	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3195NOR	24,0	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	31,5	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 17 de junho de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME

Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610