CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10720 FAB. 07/20 VAL. 07/21

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2861AMC	**-**	-	**24,0**	18-24	**-**	-	**21,0**	17-22
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	**-**	-	**22,0**	15-22	**-**	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	2864CFE	**-**	-	**21,0**	15-21	**-**	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2830CPM	**-**	-	**36,0**	31-37	**31,0**	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	2882CAZE	**-**	-	**28,0**	23-29	**26,0**	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	2833CRX	**-**	-	**25,0**	20-26	**-**	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	**26,5**	21-27	**37,0**	29-37	**32,5**	25-33	-	-
Fosfomicina [1]	FOS 200	2873FOS	**-**	-	**30,0**	26-34	**-**	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	**25,0**	19-25	**24,5**	19-26	**22,5**	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	2869NITE	**19,0**	17-23	**22,0**	17-23	**-**	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	**23,5**	18-24	**35,0**	28-35	**-**	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2859SUT	**32,0**	26-32	**28,5**	23-29	**-**	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 10 de julho de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001