

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10721 FAB. 07/21 VAL. 07/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2959AMC	-	-	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>20,5</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	2940AMP	-	-	<b>22,0</b>	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	2938CFE	-	-	<b>20,0</b>	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2921CPM	-	-	<b>36,0</b>	31-37	<b>30,0</b>	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	2937CAZE	-	-	<b>29,0</b>	23-29	<b>25,0</b>	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	2960CRX	-	-	<b>25,0</b>	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	<b>26,0</b>	21-27	<b>36,0</b>	29-37	<b>32,0</b>	25-33	-	-
Fosfomicina <sup>1</sup>	FOS 200	2948FOS	-	-	<b>30,0</b>	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2932GEN	<b>25,0</b>	19-25	<b>25,0</b>	19-26	<b>22,0</b>	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	2945NITE	<b>21,0</b>	17-23	<b>23,0</b>	17-23	-	-	-	-
Norfloxacin	NOR 10	2931NOR	<b>24,0</b>	18-24	<b>34,0</b>	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2971SUT	<b>30,0</b>	26-32	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-

<sup>1</sup> Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 05 de julho de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001