

CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	-	-	20,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3572CFE	-	-	19,5	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	-	-	35,5	31-37	31,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3611CAZE	-	-	29,0	23-29	25,5	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3607CRX	-	-	26,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	26,0	21-27	36,5	29-37	31,5	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3578FOS	-	-	33,5	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	25,0	19-25	25,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	19,5	17-23	22,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	23,0	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	28,0	26-32	27,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 31 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444