CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10922 FAB. 09/22 VAL. 09/23

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3102AMC	**-**	-	**24,0**	18-24	**-**	-	**20,5**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3075AMP	**-**	-	**21,0**	15-22	**-**	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3106CFE	**-**	-	**19,0**	15-21	**-**	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3110CPM	**-**	-	**36,5**	31-37	**30,5**	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3094CAZE	**-**	-	**29,0**	23-29	**25,0**	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3098CRX	**-**	-	**25,5**	20-26	**-**	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	**26,5**	21-27	**37,0**	29-37	**33,0**	25-33	-	-
Fosfomicina [1]	FOS 200	3091FOS	**-**	-	**30,0**	26-34	**-**	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3121GEN	**25,0**	19-25	**24,5**	19-26	**23,0**	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3107NITE	**20,5**	17-23	**22,0**	17-23	**-**	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3129NOR	**23,0**	18-24	**33,5**	28-35	**-**	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3114SUT	**31,5**	26-32	**29,0**	23-29	**-**	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST.

Araçatuba, 12 de setembro de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001