

CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR10926 FAB. 09/26 VAL. 09/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	-	-	22,5	18-24	-	-	19,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	-	-	20,5	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3619CFE	-	-	19,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	-	-	36,0	31-37	30,5	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3611CAZE	-	-	29,0	23-29	25,0	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3625CRX	-	-	25,5	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	27,0	21-27	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3616FOS	-	-	32,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	25,0	19-25	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	19,0	17-23	23,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	23,5	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	27,5	26-32	27,0	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 10 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444