

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### POLISENSIDISC 12 - DME

**ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU)    LOTE PEUDMEBR11021    FAB. 10/21    VAL. 10/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3016AMC	-	-	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>20,0</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	3001AMP	-	-	<b>21,0</b>	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3003CFE	-	-	<b>21,0</b>	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2981CPM	-	-	<b>35,0</b>	31-37	<b>31,0</b>	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	2996CAZE	-	-	<b>28,0</b>	23-29	<b>26,5</b>	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	2960CRX	-	-	<b>24,0</b>	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	<b>26,0</b>	21-27	<b>35,5</b>	29-37	<b>33,0</b>	25-33	-	-
Fosfomicina <sup>1</sup>	FOS 200	2968FOS	-	-	<b>30,0</b>	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2964GEN	<b>25,0</b>	19-25	<b>24,0</b>	19-26	<b>23,0</b>	17-23	-	-
Nitrofurantóina	NIT 100	3008NITE	<b>20,5</b>	17-23	<b>22,0</b>	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2995NOR	<b>24,0</b>	18-24	<b>33,0</b>	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2971SUT	<b>30,0</b>	26-32	<b>28,5</b>	23-29	-	-	-	-

<sup>1</sup> Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 22 de outubro de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983