

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR20225 FAB. 02/25 VAL. 02/26**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Escherichia coli ATCC 25922 (1) | | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | Escherichia coli ATCC 35218 (2) | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) |
| Amoxicilina/Ac. Clavulânico | AMC 30 (20/10) | 3360AMC | - | - | 23,5 | 18-24 | - | - | 19,0 | 17-22 |
| Ampicilina | AMP 10 | 3405AMP | - | - | 20,5 | 15-22 | - | - | - | - |
| Cefalexina | CFE 30 | 3374CFE | - | - | 19,5 | 15-21 | - | - | - | - |
| Cefepime | CPM 30 | 3410CPM | - | - | 34,0 | 31-37 | 30,5 | 25-31 | - | - |
| Ceftazidima | CAZ 10 | 3366CAZE | - | - | 27,0 | 23-29 | 25,0 | 21-27 | - | - |
| Cefuroxima | CRX 30 | 3416CRX | - | - | 25,0 | 20-26 | - | - | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3431CIP | 24,5 | 21-27 | 35,5 | 29-37 | 30,5 | 25-33 | - | - |
| Fosfomicina ¹ | FOS 200 | 3432FOS | - | - | 32,0 | 26-34 | - | - | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 3398GEN | 24,0 | 19-25 | 24,0 | 19-26 | 23,0 | 17-23 | - | - |
| Nitrofurantoína | NIT 100 | 3403NITE | 19,5 | 17-23 | 21,5 | 17-23 | - | - | - | - |
| Norfloxacina | NOR 10 | 3377NOR | 22,0 | 18-24 | 34,5 | 28-35 | - | - | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3415SUT | 30,0 | 26-32 | 29,0 | 23-29 | - | - | - | - |

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 20 de fevereiro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601